

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NÚMERO ISS-005/2022
ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS**

1

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León siendo las **diez horas** del día **once de noviembre del año dos mil veintidós**, en la Sala de Consejo del Instituto, ubicada en la calle Mariano Matamoros 319 poniente en el Centro de esta Ciudad; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria del procedimiento de licitación arriba mencionado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, 72 y 73 de su Reglamento, así como del numeral 5 de la convocatoria.

Presidiendo este acto el **Lic. Juan Enrique Villarreal Salazar**, Director de Administración del ISSSTELEON, servidor público designado por el **Lic. Luis Gerardo Gómez Guzmán**, Director General del ISSSTELEON, a través del memorándum número **DG-110/2022** de fecha **primero de noviembre del año dos mil veintidós**, quien procede a dar continuación a la sesión de junta de aclaraciones; así mismo, se hace constar que se cuenta con la presencia del Testigo Social asignado y acreditado por la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el Ciudadano **Erasmó Castillo Reyna**

PRIMERO.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM: Vista la lista de asistencia de la presente sesión se verifica y da fe por parte del Director Jurídico y representante del área jurídica del ISSSTELEON, el **Lic. Carlos Alberto Serna Gámez**, que de conformidad con el artículo 18, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, se encuentra presente la totalidad de los integrantes del Comité de Adquisiciones con derecho a voz y voto, así como los invitados a esta junta de aclaraciones, por lo que los acuerdos tomados en la presente sesión son válidos y subsistentes para todos los efectos legales.

SEGUNDO.- ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES: El Presidente del acto, hace constar que de conformidad al artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y el numeral 6 de la convocatoria, se recibieron en tiempo y forma las solicitudes de aclaración, así como, el escrito de interés en participar de las siguientes personas:



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NÚMERO ISS-005/2022
ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS**

| No. | Nombre (Razón o Denominación Social) | Número de solicitudes de aclaración |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIA Y RESCATE, S.A. DE C.V. | 32 |
| 2 | REFRAN AUTOS, S. DE R.L. DE C.V. | 11 |
| TOTAL DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN | | 43 |

2

Acto seguido, se procede a la lectura de las solicitudes de aclaración a la convocatoria, presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la convocante, como se indica a continuación:

AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y RESCATE, S.A. DE C.V.

A. PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS

| Pregunta No. | Referencia en la convocatoria | Solicitud de aclaración | Respuesta |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1.1 Descripción de los Bienes | Indican que se realizara la adquisición de 2 ambulancias Tipo I (urgencias básicas) para los derechohabientes no sindicalizados del ISSSTELEON, así como también 2 ambulancias Tipo I (urgencias básicas) para el Sindicato Único de Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Nuevo León, sin embargo en la ficha técnica la descripción corresponde a un vehículo tipo van, de acuerdo a la norma NFPA 1917, por el tipo de vehículo corresponde a una ambulancia tipo II, por lo que solicitamos poder corregir esto ¿es aceptado? | Las 4 ambulancias solicitadas son del tipo europeo montadas en una unidad tipo van. |
| 2 | 1.1 Descripción de los Bienes | En el tercer párrafo indican que el área técnica es la responsable de establecer especificaciones técnicas y características se deben respetar, al revisar la ficha técnica las especificaciones están muy abiertas, ¿es correcto que se modificaran y ajustaran a las características del vehículo a ofertar? | El vehículo a ofertar deberá ser tipo van, preferentemente con transmisión automática, el resto de las características están abiertas según se enuncia. |



le

X
P
L
Z

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NÚMERO ISS-005/2022
ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS**

3

| Pregunta No. | Referencia en la convocatoria | Solicitud de aclaración | Respuesta |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 2. Plazo de Entrega, Lugar y Condiciones de Entrega | Indican que las unidades deben ser entregadas el 1 de Enero de 2023, solicitamos que la entrega de las ambulancias sea máximo al 31 de Enero de 2023 ¿es aceptado? | Se acepta extender el plazo al 31 de enero de 2023 |
| 4 | 2. Plazo de Entrega, Lugar y Condiciones de Entrega | Indican que el licitante ganador deberá entregar copia legible de la licencia y vigencia del bien a entregar, ¿nos podrían indicar mas a detalle a que se refiere? | En este punto de las bases se manifiesta claramente el requerimiento... "Las ambulancias deberán de cumplir con las licencias, normas y estándares oficiales aplicables a la materia". |
| 5 | 7.2.10 Anexo 11 | Indican que se entregue escrito de acuerdo del anexo 11 en el que se indique las normas que se cumplen el servicio ofertado, a nuestra apreciación es un bien y no un servicio, ¿es correcta nuestra apreciación? | Es correcto |
| 6 | 7.2.15 Cartas de Recomendación | Solicitamos poder presentar cartas de recomendación o copia de facturas de bienes similares que no sea superior a 4 meses ¿es aceptado? | Apegarse a bases numeral 7.2.15 |
| 7 | 7.2.16 inciso a) Curriculum, | Indican que se debe incluir constancias de cumplimiento expedidas por los clientes del licitante, en nuestro caso contamos con las cartas recepción firmadas por nuestros clientes, solicitamos poder presentar copias de dichas estas cartas en lugar de las constancias ¿es aceptado? | Se acepta la propuesta |
| 8 | 7.2.16 inciso d) Curriculum, | Indican entrega de muestras, fotografías o descripción de los bienes ¿es correcto que se puede incluir solo imágenes de unidades similares? | Se acepta la propuesta |



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NÚMERO ISS-005/2022
ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS**

4

| Pregunta No. | Referencia en la convocatoria | Solicitud de aclaración | Respuesta |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 9 | 7.2.22 Propuesta Técnica | Nos podrían aclarar a que se refieren con lo indicado en la nota, que a la letra dice: "Se deberá realizar el desglose a detalle de la Ficha Técnica. Carta de requerimientos Técnicos, cumpliendo con lo requerido en el mismo en formato libre, ¿se refiere que en un documento separado al anexo 18 se indique la descripción técnica de lo que ofertamos? ¿nos podrían aclarar?" | Apegarse a bases numeral 7.2.22 |
| 10 | 7.2.23 Carta Certificada | En nuestro caso adquirimos los equipos directamente con negocios nacionales, solicitamos poder presentar una carta por parte de nuestros proveedores en el que indiquen que los equipos son importados legalmente, ¿es aceptado? | Se acepta la propuesta |
| 11 | 7.2.25 Documentos Adicionales | ¿nos podrían indicar a que documentos exactamente se refieren? | Apegarse a bases numeral 7.2.25 |
| 12 | 26. Generalidades de Acuerdo a lo Solicitado en la Ficha Técnica | Indican que el fabricante de la licitación debe presentar el certificado de cumplimiento de las normas KKK-A-1822 F & NFPA 1917 a nombre del fabricante de la conversión, en nuestro caso solicitamos presentar certificado ISO 9001:2015 en el que se evidencie que cumplimos con dichas normas en nuestros procesos de fabricación ¿es aceptado? | Se acepta la propuesta |

B. PREGUNTAS TÉCNICAS

| Pregunta No. | Referencia en la convocatoria | Solicitud de aclaración | Respuesta |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | Anexo Técnico | ¿Es correcto que las unidades sean mínimo año modelo 2022? | Es correcto serán aceptadas unidades 2022 nuevas |



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81) 2033.9000

@gob_Nuevo León   

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NÚMERO ISS-005/2022
ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS**

5

| Pregunta No. | Referencia en la convocatoria | Solicitud de aclaración | Respuesta |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Anexo Técnico, Motor | Solicitan un motor mínimo de 3.6 L, solicitamos poder ofertar un motor de 3.5 L ¿es aceptado? | Se acepta la propuesta |
| 3 | Anexo Técnico, Dimensiones | Indican un ancho de 2,080 mm, solicitamos poder ofertar un vehículo con un ancho sin espejos de por lo menos 2,066 mm ¿es aceptado? | Se acepta la propuesta |
| 4 | Anexo Técnico, Equipamiento Adicional | Solicitan un tumba burros con protección a faros, derivado a los sistemas de seguridad con el que cuentan los vehículos, el fabricante recomendando no equipar estas unidades con tumbaburros esto a que puede causar un mal funcionamiento de los sensores que regulan los sistemas de seguridad pasiva y activas, por lo que solicitamos poder omitir dicho accesorio ¿es aceptado? | Se acepta la propuesta |
| 5 | Anexo Técnico, Equipamiento Adicional | Solicitan un inversor de corriente con capacidad para alimentar la ambulancia, solicitamos poder ofertar el sistema de carga por separado del inversor ¿es aceptado? | Se acepta la propuesta |
| 6 | Anexo Técnico, Equipamiento Adicional | Solicitan inversor de corriente grado médico con certificado KKK1822F o su equivalente, solicitamos ofertar inversor de corriente grado médico que cumpla con las normas nacionales ¿es aceptado? | Se acepta la propuesta |
| 7 | Anexo Técnico, Equipamiento Adicional | Solicitan elevación de cabina de atención sobre el original del vehículo, las unidades tipo van europeas ya cuentan con el techo elevado, por lo cual no es necesario incrementar mas la altura mediante un techo aerodinámico, solicitamos poder omitir dicho punto ¿es aceptado? | Se omite este punto, la unidad tipo europea montada en van deberá de contar con la altura y "copete" de fabrica |
| 8 | Anexo Técnico, Acondicionamiento Interior | Solicitan 2 tomas de oxígeno en la mesa de trabajo tipo DISS, una de enchufe rápido y una con cuerda, solicitamos poder ofertar la toma de enchufe rápido tipo Puritan, es decir salida a litros, ¿es aceptado? | Se acepta la propuesta como otra forma de conector de oxígeno. Pudiendo ofertar tipo DISS o Tipo Puritan. |



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NÚMERO ISS-005/2022
ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS**

6

| Pregunta No. | Referencia en la convocatoria | Solicitud de aclaración | Respuesta |
|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Anexo Técnico, Acondicionamiento Interior | Solicitan 1 toma de oxígeno tipo DISS a la cabecera del chase longe a nivel del piso a la izquierda de la entrada lateral de la ambulancia, solicitamos primeramente poder ofertar una toma tipo Puritan y la ubicación en la pared arriba del chase longe, esto a que en la parte que la solicitan corre el riesgo de sufrir un daño ya que estaría en el paso de las personas al salir o entrar de la ambulancia ¿es aceptado? | Se acepta la propuesta como otra forma de conector de oxígeno. Pudiendo ofertar tipo DISS o Tipo Puritan. |
| 10 | Anexo Técnico, Acondicionamiento Interior | Solicitan un gabinete para un segundo tanque de oxígeno tipo M, ubicado en la parte trasera del lado del conductor, solicitamos poder ofertar dicho espacio para el tanque adicional dentro del chase longe ¿es aceptado? | Se acepta su propuesta sin que esto modifique lo solicitado originalmente; la solicitud define contar con 2 tanques de oxígeno tipo M60, sus reguladores de presión con llave de ajuste y manómetro. Uno de ellos será para reserva por lo que no necesitará regulador. La ubicación es opcional según el diseño que presente cada participante. |
| 11 | Anexo Técnico, Acondicionamiento Interior | Solicitan un asiento tipo capitán con certificado OSHA, solicitamos poder ofertar un asiento tipo capitán con certificado ISO 9001:2015 ¿es aceptado? | Se acepta la propuesta |
| 12 | Anexo Técnico, Acondicionamiento Interior | Solicitan un extractor de aire de dos velocidades, solicitamos poder ofertar un extractor de 1 velocidad ¿es aceptado? | Se acepta la propuesta |



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NÚMERO ISS-005/2022
ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS**

7

| Pregunta No. | Referencia en la convocatoria | Solicitud de aclaración | Respuesta |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 13 | Anexo Técnico, Acondicionamiento Interior | <p>Solicitan lámparas intermitentes de emergencias con la siguiente distribución: 6 lámparas led en color rojo. 2 lámparas led en color rojo en la parte frontal del toldo. 1 lámpara led en color cristal. 2 lámparas led en color rojo en la parte delantera del vehículo. 2 lámparas tipo dual en color rojo / cristal, en cada salpicadera delantera. 2 lámparas led en color ámbar en la parte trasera del domo de fibra de vidrio. 5 lámparas led en color cristal. 1 barra de luces de cuatro patrones de flasheo automático. 1 sistema de estrobos en led en cuartos frontales y traseros y calaveras del vehículo con 6 patrones de flasheo diferentes.</p> <p>Solicitamos poder ofertar: 6 lámparas led en color rojo, ubicadas 2 en lateral izquierda superior, 2 en lateral derecho superior, 2 en puertas traseras en la parte superior. 2 lámparas led color ámbar, ubicadas en las puertas traseras en la parte superior. 5 lámparas led como luz de escena, ubicadas 2 en lateral izquierda superior, 2 en lateral derecha superior, 1 en la parte interna trasera. 4 luces led tipo dual color rojo / cristal ubicadas 2 en parrilla delantera, 2 en salpicaderas delanteras (una por lado). 1 barra de luces al frente sobre bases de aluminio.</p> <p>Solicito eliminar los estrobos derivado a que el fabricante del vehículo no recomiendo instalar en los cuartos originales estos elementos derivado a que esta el riesgo de filtración de agua en dichos accesorios.</p> <p>¿es aceptado?</p> | Se acepta la propuesta |



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NÚMERO ISS-005/2022
ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS**

8

| Pregunta No. | Referencia en la convocatoria | Solicitud de aclaración | Respuesta |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 14 | Anexo Técnico, Accesorios del Vehículo | Solicitan un sistema de radio am/fm con compartimiento y lector de cd, sintonía electrónica, con buscador e identificador de señal, sistema de audio digital, con entrada usb y con bocinas, solicitamos poder ofertar el sistema que tiene original el vehículo, ¿es aceptado? | Se acepta la propuesta |
| 15 | Anexo Técnico, Equipo Médico, B.1.1 | Nos podrían indicar que características y frecuencia debe contar el equipo de comunicación tipo de aspirador prefieren ¿fijo o portátil? | El que oferte cada concursante |
| 16 | Anexo Técnico, Equipo Médico, A.2.6 | Nos podrían indicar que tipo de aspirador prefieren ¿fijo o portátil? | El que oferte cada concursante |
| 17 | Anexo Técnico, Licencias, Normas y Estándares | Indican que el licitante debe cumplir con lo dispuesto en la materia por la Secretaría de Salud y por las normas oficiales vigentes aplicables en esta especialidad y/o servicio y, en su caso presentar los permisos correspondientes, en esta licitación se solicitan ambulancias, por lo que deben cumplir con lo indicado en la norma NOM-034-SSA3-2013, sin embargo esta norma es obligatoria para las dependencias o empresas que prestan el servicio de ambulancias, por lo que no es posible presentar un permiso a nombre del fabricante de la ambulancia, por lo que solicitamos poder presentar certificado ISO 9001:2015 en el cual se indique que se toma como base esta norma para fabricar las ambulancias, ¿es aceptado? | Se acepta la propuesta |
| 18 | Anexo Técnico, Licencias, Normas y Estándares | Indican que el fabricante de la conversión debe presentar certificado de cumplimiento de las normas KKK-A-1822 F & 1917 a nombre del fabricante, solicitamos presentar nuestro certificado ISO 9001:2015 el cual avala que nuestros procesos de fabricación en base a dichas normas ¿es aceptado? | Se acepta la propuesta |
| 19 | Anexo Técnico, Licencias, Normas y Estándares | Indican que el licitante adjudicado debe presentar junto con el bien copia simple de los otorgados al fabricante del bien en los cuales se indique que cumple con las normas y certificaciones indicadas en el párrafo "normas y certificaciones" para su cotejo, solicitamos presentar nuestro certificado ISO 9001:2015 el cual avala que nuestros procesos de fabricación en base a dichas normas ¿es aceptado? | Se acepta la propuesta |



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81) 2033.9000


@gob_Nuevo León   

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NÚMERO ISS-005/2022
ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS**

Monterrey, Nuevo León a 11 de noviembre de 2022.

| | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | |
| NOMBRE DEL LICITANTE: | Edgard Abraham de la Concha Flores |
| REPRESENTANTE LEGAL: | Ambulancias Equipos DE Emergencias y Rescate |
| NOMBRE DE LA PERSONA QUE SE PRESENTA A LA JUNTA DE ACLARACIONES: | Edgard Abraham de la Concha Flores |
| FIRMA: |  |
| CORREO ELECTRÓNICO: | edgard@aeersa.com |
| 2 | |
| NOMBRE DEL LICITANTE: | Refran Autos, S de R.L de C.V. |
| REPRESENTANTE LEGAL: | Roberto Carlos Rodríguez Sánchez |
| NOMBRE DE LA PERSONA QUE SE PRESENTA A LA JUNTA DE ACLARACIONES: | Roberto Carlos Rodríguez Sánchez |
| FIRMA: |  |
| CORREO ELECTRÓNICO: | roberto.rodriguez@refranautos.com |



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**LISTA DE ASISTENCIA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NÚMERO ISS-005/2022
ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS**

11 de noviembre de 2022

Miembros del Comité de Adquisiciones del ISSSTELEON

Con voz y voto:

Lic. Juan Enrique Villarreal Salazar

*Director de Administración del ISSSTELEON
En representación del Lic. Luis Gerardo Gómez Guzmán,
Director General del ISSSTELEON*



Lic. Juan Silvano Hernández Sena

*En representación de la Secretaría de Administración del
Estado de Nuevo León*



Lic. Carlos Alberto Serna Gámez

*Director Jurídico y representante
del área jurídica del ISSSTELEON*



Sólo con voz:

Lic. Verónica Elizabeth Santana Torres

*Representante de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León*



“Dejando salvaguardadas las facultades de verificación y comprobación de la Contraloría y Transparencia Gubernamental”



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**LISTA DE ASISTENCIA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
NÚMERO ISS-005/2022
ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS**

11 de noviembre de 2022

Dra. Ma. Guadalupe Garza Sagástegui

Directora de Servicios Médicos del ISSSTELEON

Representante del área que requirió el bien y/o servicio



C.P. Verónica Graciela Cavazos Alanís

En representación del SUSPE

Representante del área que requirió el bien y/o servicio



C. Erasmo Castillo Reyna

Testigo Social

