

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-005/2024
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

1

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León siendo las **doce horas con tres minutos** del día **veintinueve de noviembre del año dos mil veinticuatro**, en la Sala de Consejo del Instituto, ubicada en la calle Mariano Matamoros 319 poniente en el Centro de esta Ciudad; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria del procedimiento de licitación arriba mencionado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, 72 y 73 de su Reglamento, así como del numeral 6 de la convocatoria de licitación.

Presidiendo este acto el **Lic. Juan Enrique Villarreal Salazar**, Director de Administración del ISSSTELEON, servidor público designado por el **Lic. Luis Gerardo Gómez Guzmán**, Director General del ISSSTELEON, a través del memorándum número **DG-088/2024** de fecha **veinte de noviembre del año dos mil veinticuatro**, quien procede a dar continuación a la sesión de junta de aclaraciones; informando a los licitantes presentes que de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, de forma presencial y cuyas preguntas hayan sido recibidas con **24-veinticuatro horas** de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas; asimismo, se hace constar que se cuenta con la presencia del Testigo Social asignado y acreditado por la Contraloría y Transparencia Gubernamental, la Ciudadana **Macrina Cabello Jiménez**.

PRIMERO.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM: Vista la lista de asistencia de la presente sesión se verifica y da fe por parte del Encargado de la Dirección Jurídica y representante del área jurídica del ISSSTELEON, el **Lic. Guillermo Zamora Garza**, que de conformidad con el artículo 18, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, se encuentra presente la totalidad de los integrantes del Comité de Adquisiciones con derecho a voz y voto, así como los invitados a esta junta de aclaraciones, por lo que los acuerdos tomados en la presente sesión son válidos y subsistentes para todos los efectos legales.

SEGUNDO.- ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES: El Presidente del acto, hace constar que de conformidad al artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y el numeral 6 de la convocatoria, se recibieron en tiempo y forma las solicitudes de aclaración, así como el escrito de interés en participar de las siguientes personas:



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-005/2024
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

2

No.	Nombre (Razón o Denominación Social)	Número de solicitudes de aclaración
1	BIODIST, S.A. DE C.V.	48
2	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	14
3	HOSPITAL Y CLÍNICA OCA, S.A. DE C.V.	24
4	INNOVACIONES HOSPITALARIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	3
TOTAL DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN		89

Acto seguido, se procede a la lectura de las solicitudes de aclaración a la convocatoria, presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la convocante, como se indica a continuación:

BIODIST, S.A. DE C.V.

A. PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
1	DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. PUNTO 8.2.3.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE QUIEN SUSCRIBA LA PROPUESTA Y FORMALICE EL CONTRATO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS; DEBERÁ PRESENTAR, PODER NOTARIAL QUE ACREDITE TENER PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O DOMINIO Y/O PODER ESPECIAL PARA PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES, CON FACULTADES PARA PRESENTAR Y FIRMAR PROPUESTAS, ASÍ COMO RECIBIR Y FIRMAR ACTAS. FAVOR DE CONFIRMAR.	Quien suscriba la propuesta y formalice el contrato, en caso de resultar adjudicados; deberá presentar, en su propuesta técnica, poder notarial que acredite tener poder general para actos de administración y/o poder para intervenir en todo tipo de licitaciones públicas y privadas convocadas en todo el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se faculta al apoderado para formular, presentar y firmar ofertas, firmar pedidos y asignaciones, fijar plazos de entrega, suscribir escrito, celebrar contratos y convenios y en general, realizar todo tipo de trámites y gestiones relacionadas con las licitaciones mencionadas, pudiendo firmar al efecto



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-005/2024
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

3

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
			todo tipo de documentación ya sea esta pública o privada
2	DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. PUNTO 8.2.13.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO PODAMOS ENTREGAR ULTIMA FACTURA DE ARRENDAMIENTO, YA QUE ESTE INCLUYE TODOS LOS SERVICIOS SOLICITADOS, SIN QUE SEA ESTO CAUSAL DE DESECHAMIENTO, ¿SE ACEPTA?	Se deberá de entregar conforme a lo solicitado en el numeral 8.2.13 de la convocatoria. Solo en caso de que el domicilio que se designe para oír y recibir notificaciones sea arrendado; podrá presentarse copia del contrato de arrendamiento a nombre del licitante y comprobante de domicilio a nombre del arrendador
3	DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. PUNTO 8.2.27. 30. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE ANEXOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO, CONFIRME QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN (COMO CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN, MANUALES, FOLLETOS, ETC.) QUE ESTE EN UN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, SE PUEDA PRESENTAR CON TRADUCCIÓN SIMPLE. ¿SE ACEPTA?	Se deberá deberán de presentar de acuerdo a lo señalado en el numeral 8.2.27 de la convocatoria
4	13. CAUSAS DE DESECHAMIENTO INCISO I)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR RÚBRICA DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CADA UNA DE LAS HOJAS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL EN EL LUGAR DESTINADO PARA ELLO EN CADA ANEXO Y/O ESCRITO QUE SOLICITAN EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA?	Se deberán de presentar de acuerdo a lo solicitado en la convocatoria.
5	CONVOCATORIA. DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. NUMERAL 8.2.27	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI AL SOLICITAR DOCUMENTACIÓN COMO: "FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES, INSTRUCTIVOS Y/O MANUALES DEL FABRICANTE TAL DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER COMPLETA", SE REFIERE A QUE ÚNICAMENTE SE PODRÁN ANEXAR DEL MANUAL DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS LAS PÁGINAS UTILIZADAS PARA REFERENCIAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS, TODA VEZ QUE ESTA INFORMACIÓN ES PARTE DEL MANUAL ORIGINAL Y FIDEDIGNA DEL FABRICANTE Y QUE SE ENTREGARA UNA VEZ QUE EL	Se deberán entregar de acuerdo a lo señalado en el numeral 8.2.27 de la convocatoria



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature and mark

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-005/2024
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

4

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
		PARTICIPANTE SEA ADJUDICADO, TAL COMO LO SOLICITAN EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.	
6	CONVOCATORIA. DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. NUMERAL 8.2.30.	SE OBSERVA QUE LA CONVOCANTE SOLICITA PARA ACREDITAR EL DOMINIO Y EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS, ADJUNTAR CONSTANCIA A FAVOR DEL PERSONAL DE LA LICITANTE EMITIDA POR EL FABRICANTE, ASÍ MISMO INCLUIR COPIA SIMPLE DEL DOCUMENTO DE MOVIMIENTOS AFILIATORIOS QUE DEMUESTREN QUE FORMA PARTE DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL DEL LICITANTE. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA QUE OPCIONALMENTE SE PUEDA PRESENTAR CONSTANCIAS DE PERSONAL DEL FABRICANTE, PARA ACREDITAR EL DOMINIO Y EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS, ESTO PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DEL SERVICIO DIRECTAMENTE POR PERSONAL DEL FABRICANTE. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	Se deberá de acreditar como se señala en el numeral 8.2.30 de la convocatoria

B. PREGUNTAS TÉCNICAS

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
1	Ficha técnica, equipo hormonas y marcadores tumorales, punto 6	Solicitan identificación de reactivo por Código de barras. Solicitamos amablemente a la convocante, que para dar cumplimiento con el punto, se nos permita ofertar un analizador el cual, lea las etiquetas de reactivo mediante un lector RFID. La etiqueta de RFID contiene la información siguiente: el nombre del paquete de reactivo, el número de lote, la fecha de caducidad y el código del recipiente del reactivo (ID de sistema). Favor de pronunciarse	Es necesario que se apegue a las especificaciones solicitadas en la ficha técnica Equipo hormonas y marcadores tumorales



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-005/2024
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

5

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
2	Ficha técnica, equipo hormonas y marcadores tumorales, punto 10	Solicitan software en español. Solicitamos amablemente a la convocante que para dar cumplimiento con este punto se nos permita ofertar un analizador con software que permita la selección de Idioma a instalar. Favor de pronunciarse.	Es necesario que se apegue a las especificaciones solicitadas en la ficha técnica Equipo hormonas y marcadores tumorales
3	Ficha técnica, equipo hormonas y marcadores tumorales, punto 16	Solicitan instalación de Corriente eléctrica de 120V/60Hz. Solicitamos amablemente a la convocante que se nos permita ofertar un analizador con especificaciones de instalación eléctrica de 200 v/60 Hz. Favor de pronunciarse.	Es correcta su apreciación
4	Ficha técnica, equipo hormonas y marcadores tumorales, punto 13,14,15,17 y 18	Solicitamos amablemente a la convocante que para los puntos de la ficha técnica, 13, 14, 15, 17 y 18, se nos permita presentar carta bajo protesta de decir verdad, que se dará cumplimiento con lo solicitado, toda vez que estos puntos no son características propias del analizador. Favor de pronunciarse.	Es necesario que se apegue a las especificaciones solicitadas en la ficha técnica Equipo hormonas y marcadores tumorales
5	FICHA TÉCNICA REACTIVOS PARA LABORATORIO. ESPECIFICACIONES ESTUDIOS DE MICROBIOLOGÍA. MEDIOS DE CULTIVO RECOMENDADOS. AGAR COLUMBIA CON 5% SANGRE OVINA	SE OBSERVA QUE EN LOS SIGUIENTES CULTIVOS: EXUDADO FARÍNGEO, ASPIRADO BRONQUIAL, SECRECIONES BRONQUIALES, LAVADO BRONQUIAL, ESPUTO, SECRECIONES, HERIDA QUIRÚRGICA, BIOPCIAS O TEJIDOS, ABSCESOS, ÚLSERAS, UROCULTIVOS, VAGINAL, URETRAL, LÍQUIDOS CORPORALES, HERIDA QUIRURJICA Y ANAEROBIOS, SE CONSIDERA DENTRO DE LA MARCHA BACTERIOLÓGICA EL AGAR COLUMBIA CON 5% DE SANGRE OVINA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL AGAR SANGRE 5% SB, EN VIRTUD DE SER UN MEDIO EQUIVALENTE Y DE USO GENERAL PARA EL AISLAMIENTO Y EL CULTIVO DE MICROORGANISMOS EXIGENTES Y NO EXIGENTES PROCEDENTES DE MUESTRAS CLÍNICAS PARA LA DETECCIÓN DE REACCIONES HEMOLÍTICAS. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE PRONUNCIARSE.	No se acepta la propuesta



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-005/2024
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

6

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
6	FICHA TÉCNICA REACTIVOS PARA LABORATORIO. ESPECIFICACIONES ESTUDIOS DE MICROBIOLOGÍA. MEDIOS DE CULTIVO RECOMENDADOS. AGAR CROMOGÉNICO PARA AISLAMIENTO SELECTIVO E IDENTIFICACIÓN DE S. AUREUS.	SE OBSERVA QUE EN LOS SIGUIENTES CULTIVOS: EXUDADO FARÍNGEO, EXUDADO NASAL, ASPIRADO BRONQUIAL, SECRECIONES BRONQUIALES, LAVADO BRONQUIAL, ESPUTO Y SECRECIONES, SE CONSIDERA DENTRO DE LA MARCHA BACTERIOLÓGICA EL AGAR CROMOGÉNICO PARA AISLAMIENTO SELECTIVO E IDENTIFICACIÓN DE S. AUREUS , EL CUAL ES UN MEDIO UTILIZADO EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EL AGAR SAL Y MANITOL EN PLACAS PREPARADAS YA QUE POR TRATARSE DE UN MEDIO ALTAMENTE SELECTIVO PARA ESTAFILOCOCOS Y DE USO EN ÁREA CLÍNICA FUNCIONARÁ ADECUADAMENTE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE S. AUREUS ¿SE ACEPTA? FAVOR DE PRONUNCIARSE.	Se acepta la propuesta
7	FICHA TÉCNICA REACTIVOS PARA LABORATORIO. ESPECIFICACIONES ESTUDIOS DE MICROBIOLOGÍA. MEDIOS DE CULTIVO RECOMENDADOS. AGAR CROMOGÉNICO PARA AISLAMIENTO SELECTIVO E IDENTIFICACIÓN DE S. AUREUS.	SE OBSERVA QUE EN LOS SIGUIENTES CULTIVOS: EXUDADO FARÍNGEO, EXUDADO NASAL, ASPIRADO BRONQUIAL, SECRECIONES BRONQUIALES, LAVADO BRONQUIAL, ESPUTO Y SECRECIONES, SE CONSIDERA DENTRO DE LA MARCHA BACTERIOLÓGICA EL AGAR CROMOGÉNICO PARA AISLAMIENTO SELECTIVO E IDENTIFICACIÓN DE S. AUREUS , EL CUAL ES UN MEDIO NO UTILIZADO EN EL ÁREA CLÍNICA Y SE ENCUENTRA DESCONTINUADO EN EL MERCADO, POR TAL MOTIVO SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ALGÚN OTRO SUSTITUTO COMO EL AGAR SAL Y MANITOL O AGAR ESTAFILOCOCOS 110 EN PLACAS PREPARADAS YA QUE POR SER AGARES SELECTIVOS PARA ESTAFILOCOCOS Y UTILIZADOS EN EL ÁREA CLÍNICA, FUNCIONAN ADECUADAMENTE PARA EL AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE S. AUREUS ¿SE ACEPTA? FAVOR DE PRONUNCIARSE.	Se acepta la propuesta



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-005/2024
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

7

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
8	FICHA TÉCNICA REACTIVOS PARA LABORATORIO. ESPECIFICACIONES ESTUDIOS DE MICROBIOLOGÍA. MEDIOS DE CULTIVO RECOMENDADOS. CULTIVOS ANAEROBIOS. AGAR COLUMBIA CON 5% SANGRE OVINA ANAEROBIO CON FENIL ETIL ALCOHOL	SE OBSERVA QUE LA CONVOCANTE SOLICITA EN LOS CULTIVOS ANAEROBIOS EL AGAR COLUMBIA CON 5% SANGRE OVINA ANAEROBIO CON FENIL ETIL ALCOHOL DENTRO DE LA MARCHA BACTERIOLÓGICA, POR LO QUE, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COMO MEDIO ALTERNO EL AGAR CDC ANAERÓBICO EN VIRTUD DE SER UN MEDIO EQUIVALENTE PARA EL CULTIVO Y AISLAMIENTO DE ORGANISMOS FASTIDIOSOS DE LENTO CRECIMIENTO Y ANAEROBIOS OBLIGADOS. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE PRONUNCIARSE.	Se acepta la propuesta
9	FICHA TÉCNICA REACTIVOS PARA LABORATORIO. ESPECIFICACIONES ESTUDIOS DE MICROBIOLOGÍA. MEDIOS DE CULTIVO RECOMENDADOS. CULTIVOS ANAEROBIOS. AGAR COLUMBIA CON 5% SANGRE OVINA ANAEROBIO CON FENIL ETIL ALCOHOL	SE OBSERVA QUE LA CONVOCANTE SOLICITA EN LOS CULTIVOS ANAEROBIOS EL AGAR COLUMBIA CON 5% SANGRE OVINA ANAEROBIO CON FENIL ETIL ALCOHOL DENTRO DE LA MARCHA BACTERIOLÓGICA, EL CUAL ES UN MEDIO UTILIZADO EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA DESCONTINUADO EN EL MERCADO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR COMO MEDIO ALTERNO EL AGAR SANGRE 5%SB O AGAR CDC ANAEROBICO EN PLACAS PREPARADAS YA QUE EN VIRTUD DE SER MEDIOS EQUIVALENTES PARA EL CULTIVO Y AISLAMIENTO DE ORGANISMOS FASTIDIOSOS DE LENTO CRECIMIENTO, ANAEROBIOS OBLIGADOS, Y DE USO EN EL ÁREA CLÍNICA, FUNCIONAN ADECUADAMENTE PARA ESTE TIPO DE CULTIVOS. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE PRONUNCIARSE.	Se acepta la propuesta
10	FICHA TÉCNICA REACTIVOS PARA LABORATORIO. ESPECIFICACIONES ESTUDIOS DE MICROBIOLOGÍA. MEDIOS DE CULTIVO RECOMENDADOS EXUDADO URETRAL/VAGINAL. AGAR PARA AISLAMIENTO SELECTIVO DE ENTEROCOCOS RESISTENTES A VANCOMICINA.	SE OBSERVA QUE LA CONVOCANTE SOLICITA EL AGAR PARA AISLAMIENTO SELECTIVO DE ENTEROCOCOS RESISTENTES A VANCOMICINA , EL CUAL ES UN MEDIO UTILIZADO EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y QUE SE ENCUENTRA DESCONTINUADO DEL MERCADO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN AGAR PARA IDENTIFICACIÓN DE ENTEROCOCOS EQUIVALENTE YA QUE LA RESISTENCIA A VANCOMICINA SE PUEDE MEDIR MEDIANTE LOS ANTIBIOGRAMAS QUE REALIZAN LOS EQUIPOS	Se acepta la propuesta



Handwritten initials: H, P

Handwritten circle

Handwritten signature and arrow

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-005/2024
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

8

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
		OFERTADOS DE BACTERIOLOGÍA. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	
11	FICHA TÉCNICA REACTIVOS PARA LABORATORIO. ESPECIFICACIONES ESTUDIOS DE MICROBIOLOGÍA. MEDIOS DE CULTIVO RECOMENDADOS EXUDADO URETRAL/VAGINAL. AGAR PARA AISLAMIENTO SELECTIVO DE ENTEROCOCOS RESISTENTES A VANCOMICINA.	SE OBSERVA QUE LA CONVOCANTE SOLICITA EL AGAR PARA AISLAMIENTO SELECTIVO DE ENTEROCOCOS RESISTENTES A VANCOMICINA , EL CUAL ES UN MEDIO UTILIZADO EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y QUE SE ENCUENTRA DESCONTINUADO DEL MERCADO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ENTEROCOCOSEL AGAR, CALDO ENTEROCOCOSEL O AGAR ENTEROCOCOS LOS CUALES SON SUSTITUTOS Y SIRVEN PARA EL AISLAMIENTO DE ENTEROCOCOS, SIENDO QUE LA RESISTENCIA A VANCOMICINA SE PUEDE MEDIR MEDIANTE LOS ANTIBIOGRAMAS QUE REALIZAN LOS EQUIPOS DE BACTERIOLOGÍA. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	Se acepta la propuesta
12	FICHA TÉCNICA REACTIVOS PARA LABORATORIO. ESPECIFICACIONES ESTUDIOS DE MICROBIOLOGÍA. MEDIOS DE CULTIVO RECOMENDADOS EXUDADO URETRAL/VAGINAL. AGAR PARA AISLAMIENTO SELECTIVO DE ENTEROCOCOS RESISTENTES A VANCOMICINA.	SE OBSERVA QUE LA CONVOCANTE SOLICITA EL AGAR PARA AISLAMIENTO SELECTIVO DE ENTEROCOCOS RESISTENTES A VANCOMICINA , EL CUAL ES UN MEDIO UTILIZADO EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y QUE ESTA DESCONTINUADO DEL MERCADO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR DE MANERA OPCIONAL MEDIOS DE CULTIVO SUSTITUTOS COMO: AGAR ENTEROCOCOS, ENTEROCOCOSE AGAR O CALDO ENTEROCOCOSEL PARA EL AISLAMIENTO DE ENTEROCOS YA SEA EN PRESENTACIÓN DE PLACA O TUBO PREPARADO O MEDIOS DESHIDRATADOS PARA PREPARAR. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE PRONUNCIARSE.	No se acepta la propuesta
13	FICHA TÉCNICA REACTIVOS PARA LABORATORIO. ESPECIFICACIONES ESTUDIOS DE MICROBIOLOGÍA. MEDIOS DE CULTIVO RECOMENDADOS LÍQUIDOS. MEDIO DE CULTIVO LOWENSTEIN-JENSEN	SE OBSERVA QUE LA CONVOCANTE SOLICITA MEDIO DE CULTIVO LOWENSTEIN-JENSEN . PARA LOS CULTIVOS DE LÍQUIDOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TUBO PREPARADO DE MEDIO LOWENSTEIN-JENSEN TODA VEZ QUE POR SU NATURALEZA NO ESTA DISPONIBLE EN EL MERCADO EN PRESENTACIÓN DE PLACAS PREPARADAS, FAVOR DE PRONUNCIARSE.	Se acepta la propuesta



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-005/2024
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

9

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
14	FICHA TÉCNICA REACTIVOS PARA LABORATORIO. ESPECIFICACIONES ESTUDIOS DE MICROBIOLOGÍA. MEDIOS DE CULTIVO RECOMENDADOS LÍQUIDOS. MEDIO DE CULTIVO LOWENSTEIN-JENSEN	SE OBSERVA QUE LA CONVOCANTE SOLICITA MEDIO DE CULTIVO LOWENSTEIN-JENSEN . PARA LOS CULTIVOS DE LÍQUIDOS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TUBO PREPARADO DE MEDIO LOWENSTEIN-JENSEN O FRASCO DESHIDRATADO PARA PREPARAR , TODA VEZ QUE POR SU NATURALEZA NO ESTA DISPONIBLE EN EL MERCADO EN PRESENTACIÓN DE PLACAS PREPARADAS, FAVOR DE PRONUNCIARSE.	Se acepta la propuesta
15	FICHA TÉCNICA REACTIVOS PARA LABORATORIO. CONSIDERACIÓN PARA LOS ESTUDIOS.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LOS ESTUDIOS SOLICITADOS PARA PROTEÍNAS SÉRICAS, ELECTROLITOS, Y HEMOGLOBINA GLUCOSILADA, PODRÁN SER PROCESADOS DE MANERA OPCIONAL EN EL ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA OFERTADO, TODA VEZ QUE EN ESTE APARTADO HACEN MENCIÓN AL SIGUIENTE PUNTO: "PROCESAR LOS ESTUDIOS EN CUALQUIERA DE LOS EQUIPOS QUE OFERTE" . ADEMÁS QUE EL CONSIDERAR UN SOLO EQUIPO PARA EL ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS MENCIONADOS, GENERARÍA OPTIMIZACIÓN EN LOS TIEMPOS DE PROCESOS, MAYOR NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN Y MEJORA ECONÓMICA SALVAGUARDANDO LOS INTERESES DEL INSTITUTO. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	Es correcta su apreciación
16	FICHA TÉCNICA REACTIVOS PARA LABORATORIO. CONSIDERACIÓN PARA LOS ESTUDIOS	EN CASO DE SER ACEPTADA LA PROPUESTA DE PROCESAR DE MANERA OPCIONAL LOS ESTUDIOS EN CUALQUIERA DE LOS EQUIPOS QUE SE OFERTEN. SOLICITAMOS QUE SOLO SE DEBA INCLUIR LA REFERENCIA DEL EQUIPO DE QUÍMICA CLÍNICA YA QUE EN EL SE PROCESARAN EL MENÚ DE PRUEBAS DE LOS GRUPOS DE QUÍMICA CLÍNICA, ELECTROLITOS, HEMOGLOBINA GLUCOSILADA Y PROTEÍNAS SÉRICAS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	Es necesario que se apege a las especificaciones solicitadas en la ficha técnica



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-005/2024
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

10

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
17	Ficha Técnica página 13 Especificaciones en Uroanálisis Grupo de Uroanálisis Sedimento Urinario	Entendemos que el Sedimento Urinario se realizará de manera manual, ¿es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación
18	Ficha Técnica página 43 3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO EQUIPO UROANÁLISIS 5. Depósito de muestras	Entendemos que "Depósito de muestras" se refiere a Lado de carga de racks de muestras, ¿es correcta nuestra apreciación?	Es correcta la apreciación
19	Ficha Técnica página 43 3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO EQUIPO UROANÁLISIS	Solicitamos amablemente a la convocante que para los puntos 10, 12, 13, 14, 16 y 17 de la ficha técnica del equipo de Uroanálisis, se nos permita presentar carta bajo protesta de decir verdad, que se dará cumplimiento con lo solicitado, toda vez que estos puntos no son características propias del analizador. Favor de pronunciarse.	No se acepta es necesario cumplir con las especificaciones técnicas del equipo solicitado y descrito en la ficha técnica
20	Ficha Técnica página 8 Renglón 46 Microbiología IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE LEVADURAS	Debido a la baja productividad y con la finalidad de presentar una propuesta económica competitiva, solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita que esta prueba se realice de forma manual, ¿se acepta?	No se acepta la propuesta
21	Ficha Técnica página 8 Renglón 46 Microbiología IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE LEVADURAS	En caso de ser negativa la respuesta a la pregunta anterior, solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita enviar esta prueba a un laboratorio de referencia, ¿se acepta?	Se acepta la propuesta
22	Ficha Técnica página 45 3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO EQUIPO MICROBIOLOGÍA	Solicitamos amablemente a la convocante que para los puntos 11, 12, 13, 14, 16 y 17 de la ficha técnica del equipo de Microbiología, se nos permita presentar carta bajo protesta de decir verdad, que se dará cumplimiento con lo solicitado, toda vez que estos puntos no son características propias del analizador. Favor de pronunciarse.	No se acepta es necesario cumplir con las especificaciones técnicas del equipo solicitado y descrito en la ficha técnica
23	8.2. DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO.	Solicitamos amablemente a la convocante se sirva aclarar si es correcto entender que tratándose del Microscopio y la Centrifuga solicitados, al ser considerados equipos complementarios o	No se acepta la propuesta, es necesario apegarse a lo estipulado en el numeral 8.2.28



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-005/2024
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

11

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
	8.2.28. CARTA DE APOYO O RESPALDO...EQUIPOS ANALIZADORES	periféricos no será necesario presentar esta carta de apoyo, ¿es correcta nuestra apreciación?	
24	8.2. DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. 8.2.30. Copias simples de constancias o certificados por parte del fabricante de los equipos expedidos a nombre del personal de soporte técnico...	Solicitamos amablemente a la convocante que para la Centrífuga y el Microscopio, al ser considerados equipos complementarios, no sean requeridas estas constancias y nos permita presentar una carta bajo protesta de decir verdad que contamos con personal capacitado para dar soporte técnico a estos equipos. ¿se acepta?	No se acepta la propuesta, es necesario apegarse a lo estipulado en el numeral 8.2.30
25	FICHA TÉCNICA, REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO 2025 EQUIPO. CENTRIFUGA 2. Tacómetro	Solicitamos amablemente a la convocante se sirva aclarar si es correcto entender que con Tacómetro se refieren a que la centrífuga cuente con un Display donde pueda observarse las revoluciones por minuto (RPM) y el tiempo. ¿es correcta nuestra apreciación?	Es correcta la apreciación
26	FICHA TÉCNICA, REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO 2025 EQUIPO. CENTRIFUGA 3. Opera con presión de detenido automático	Solicitamos amablemente a la convocante se sirva aceptar una centrífuga que cuente con un botón de MARCHA/PARO el cual su función es activar o detener las funciones de la centrífuga. ¿se acepta?	Se acepta la propuesta
27	FICHA TÉCNICA, REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO 2025 EQUIPO. CENTRIFUGA 4. Freno automático	Solicitamos amablemente a la convocante permita ofertar una centrífuga que cuente con freno automático o con tiempo de frenado. ¿se acepta?	Se acepta la propuesta
28	FICHA TÉCNICA, REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO 2025 EQUIPO. CENTRIFUGA 6. Opera por tiempo y forma continua.	Solicitamos amablemente a la convocante permita ofertar una centrífuga con tiempo programable dentro del rango de 1 segundo a 99 minutos 59 segundos. ¿se acepta?	Se acepta la propuesta
29	FICHA TÉCNICA, REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO 2025 EQUIPO MICROSCOPIO DE CAMPO CLARO	Solicitamos amablemente a la convocante permita ofertar un microscopio con un desplazamiento mínimo de 75x40 siendo este un rango óptimo para desplazar las laminillas que se emplean en el laboratorio clínico. ¿Se acepta?	Se acepta la propuesta



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-005/2024
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

12

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
	8. Control de posicionamiento coaxial "XY" con desplazamiento mínimo de 78 x 54 mm.		
30	FICHA TÉCNICA, REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO 2025 EQUIPO MICROSCOPIO DE CAMPO CLARO 4. Tubo binocular inclinado de 30° o 45° giratorio	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un microscopio con tubo binocular con un ángulo de 25° ¿se acepta?	No se acepta es necesario cumplir con las especificaciones técnicas del equipo solicitado y descrito en la ficha técnica
31	FICHAS TÉCNICAS, REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO 2025	Solicitamos amablemente a la convocante que aquellas características tales como: REFACCIONES, ACCESORIOS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO que no puedan ser referenciadas en un folleto o manual ya que no son características propias del equipo, nos permita presentar una carta bajo protesta de decir verdad que los equipos cumplirán con lo solicitado en las fichas técnicas. ¿se acepta?	No se acepta es necesario cumplir con las especificaciones técnicas del equipo solicitado y descrito en la ficha técnica
32	FICHAS TÉCNICAS, REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO 2025 Renglón 75, Hormonas y Pruebas Especiales, Anticuerpos Anti-reaginas (V.D.R.L.)	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar esta prueba para su proceso de forma manual ya que en la actualidad no hay equipos automatizados que puedan procesarla. ¿Se acepta?	No se acepta la propuesta
33	FICHAS TÉCNICAS, REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO 2025, Hormonas y Pruebas Especiales Renglón 75, Anticuerpos Anti-reaginas (V.D.R.L.)	Solicitamos amablemente a la convocante que para esta prueba se sirva aceptar V.D.R.L. ó RPR, siendo esta última considerada como una prueba más sensible y rápida para la detección de sífilis. ¿se acepta?	No se acepta la propuesta
34	FICHAS TÉCNICAS, REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO 2025, Hormonas y pruebas especiales, Renglón 119 H.G.C. Prueba de embarazo sérica o en orina)	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar la prueba de HGC en formato de prueba rápida por el método de inmunocromatografía. ¿se acepta?	Se acepta la propuesta



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-005/2024
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

13

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
35	FICHAS TÉCNICAS, REACTIVOS PARA LABORATORIO Y EQUIPOS EN COMODATO 2025, Hormonas y pruebas especiales, Renglónes, 89 Antiestreptolisina, 111 Factor Reumatoide y 134 Proteína C Reactiva,	Solicitamos amablemente a la convocante que debido al bajo consumo de estas pruebas, nos permita ofertar estas pruebas para su proceso de manera manual. ¿se acepta?	No se acepta la propuesta
36	Ficha técnica. 3. Especificaciones técnicas del equipamiento. Equipo Gases y PH en Sangre.	Se solicitan los siguientes analitos a determinar por la unidad médica solicitante: pH, pO2, pCO2, HCO3, eb, Lactato, SO2, CO2t, ¿Es correcto entender que no se requieren los parámetros de Cooximetría? Favor de pronunciarse.	Es correcta su apreciación
37	Ficha técnica. 3. Especificaciones técnicas del equipamiento. Equipo Gases y PH en Sangre.	Se solicita calibración automática o manual, solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar analizador con validación de la calibración automáticamente. ¿Se acepta?	Se acepta la propuesta
38	Ficha técnica. 3. Especificaciones técnicas del equipamiento. Equipo Gases y PH en Sangre.	Se solicita Control de Calidad integrado, solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar analizador con control de calidad en tiempo real. ¿Se acepta?	Se acepta la propuesta
39	SERVICIO Y CANTIDAD REQUERIDA POR EL CONVOCANTE, NUMERALES 40 Y 41 GRUPO COAGULACIÓN	Solicitan Anticoagulante lúpico 211 máximas anuales lo que significa menos de 1 prueba diaria, en el caso de Dímero D solicitan como máximo 23 pruebas anuales que es igual menos de 1 prueba al día, por lo que solicitamos que estas pruebas se puedan enviar a subrogar a un Laboratorio de referencia, y así evitar precios elevados de las mismas y perjudique al instituto. ¿Se acepta?	Se acepta la propuesta
40	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO, EQUIPO HEMATOLOGÍA, NUMERAL 1.	Solicitan Principio de medición: análisis diferencial, rayo láser o radiofrecuencia. Impedancia o pulsos acumulativos, citoquímica o absorción de luz. Mínimo dos principios de medición. Solicitamos se acepten los principios de medición citometría de flujo fluorescente, Corriente directa y enfoque hidrodinámico que son equivalentes a lo solicitado y no afecta la Calidad de los resultados ¿Se acepta?	No se acepta es necesario cumplir con las especificaciones técnicas del equipo solicitado y descrito en la ficha técnica



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-005/2024
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

14

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
41	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO, EQUIPO HEMATOLOGÍA, NUMERAL 18.	Solicitan Instalación: Corriente eléctrica 120V / 60 Hz, es correcto entender que se puede ofrecer un instrumento que tenga un rango entre 90-240 v/48-62 hz? Ya que esto cubre con el voltaje y Hz solicitados, favor de pronunciarse.	Es correcta su apreciación
42	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO, EQUIPO COAGULACIÓN	<p>Solicitan Características de un instrumento de coagulación de alto rendimiento, sin embargo, el número de pruebas es bajo, por lo que solicitamos se acepte un instrumento semi automatizado con las siguientes características, para evitar que el precio de la prueba sea elevado y perjudique a la institución:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analizador semiautomatizado para la determinación de reacciones de coagulación, cromogénicas e inmunológicas. 2. Que realice las pruebas de TP, TPT, Fibrinógeno, Factores, y Dímero D. 3. Principio de medición Foto- óptico, opto mecánico. 4. Rendimiento de pruebas 60/h PT (2 canales), 30/h APTT (2 canales) 5. Software en español. 6. Métodos programados: PT, en segundos, %, Razón INR (combinaciones) 7. Fuente de luz LED (diodo emisor de luz), 405 nm 8. Pantalla: 2 líneas con 20 caracteres cada una, pantalla de cristal líquido 9. Procesador: ARM Cortex M4 (microcontrolador, chip único) 10. Bloque de incubación controlado a 37,4 °C +/- 0,4 °C 11. Canales de medición 2 12. Viales de reactivo 4 posiciones. 13. Posiciones de cubeta 18 (2 canales) para incubación de muestra 14. Interfaces RS232-C, USB, tarjeta SD + lector para ChipCARD, 15. Impresora Impresora térmica internar, 26 caracteres/línea 	No se acepta es necesario cumplir con las especificaciones técnicas del equipo solicitado y descrito en la ficha técnica

Handwritten initials



Handwritten signatures and marks

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-005/2024
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

15

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
		16. ELECTRICIDAD: 100 – 240 VAC, 2.5 - 1.0 A, 50-60 Hz Favor de pronunciarse.	

COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y MATERIALES PARA HOSPITALES S.A. DE C.V.





A. PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
1	III.2 Medio y carácter de la licitación	Se menciona que la presente licitación es de carácter Nacional Presencial, en la que solamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana y los productos y/o servicios a adquirir sean producidos en el país y que cuenten con por lo menos, con un cincuenta por ciento de contenido nacional. A este respecto, Los Reactivos solicitados para Equipo en Comodato, tales como "Ácido Úrico", "Albumina", "Amilasa" etc. y los equipos en comodato que se mencionan en la ficha técnica para los mismos, no son producidos en México y por lo tanto no cumplen con el requisito de contar con por lo menos el cincuenta por ciento de contenido nacional, por lo que solicitamos a la convocante nos aclare si ¿Será posible ofertar bienes que provienen de países con los que México ha establecido tratados comerciales?	Es posible ofertar siempre y cuando presente los permisos de importación
2	8.2 Documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico, 8.2.9.	Se solicita escrito bajo protesta de decir verdad que somos de nacionalidad mexicana y, en el caso de adquisición de bienes, además manifestará que los bienes que oferta y entregará, serán producidos en México y contarán con el porcentaje de contenido nacional correspondiente, de acuerdo al formato Anexo 9. A este respecto, los bienes que se solicitan en esta licitación no cumplen con el grado de integración nacional solicitado, por lo que solicitamos a la convocante nos permita presentar el Anexo 9, solamente manifestando que somos de nacionalidad mexicana. ¿Se acepta esta propuesta?	Se acepta, además, deberán presentarse los permisos de importación
3	8.2 Documentos esenciales que deberá	Se solicita Copia Simple de los Registros Sanitarios de los Equipos Analizadores, pero no se solicita Copia Simple de Registro Sanitario de los Reactivos. ¿Es	Se requiere copia simple del registro sanitario de equipos analizadores y reactivos



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81) 2033.9000

@gob_Nuevo León    

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-005/2024
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

16

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
	contener el sobre técnico, 8.2.25.	correcto que solamente se entregará copia simple del Registro Sanitario de los Equipos? Favor de aclarar.	
4	8.2 Documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico, 8.2.17.	Se solicita Curriculum actualizado del licitante. a) Una relación de las principales operaciones de venta o prestación de servicios de los últimos doce meses, que incluya un informe técnico de los mismos, adjuntando las constancias de cumplimiento expedidas por los clientes del licitante. A este respecto, ¿Sería suficiente con enlistar solamente a cinco de nuestros clientes principales, y mencionar el importe del (los) contratos que se tengan con ellos? Favor de aclarar.	No es suficiente Se deberá de entregar de acuerdo a lo señalado en el numeral 8.2.17 de la convocatoria
5	8.2 Documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico, 8.2.17.	Se solicita Curriculum actualizado del licitante. a) Una relación de las principales operaciones de venta o prestación de servicios de los últimos doce meses, que incluya un informe técnico de los mismos, adjuntando las constancias de cumplimiento expedidas por los clientes del licitante. Referente al informe técnico que se solicita, ¿Sería suficiente con describir el objeto del (los) contratos que se tengan con nuestros clientes? Favor de aclarar.	No es suficiente Se deberá de entregar de acuerdo a lo señalado en el numeral 8.2.17 de la convocatoria
6	8.2 Documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico, 8.2.17.	Se solicita Curriculum actualizado del licitante. c) La indicación de los títulos de estudios y profesionales de los responsables de la producción de los bienes o de la prestación de servicios. A este respecto, ¿Sería suficiente con proporcionar copia del título profesional del personal de Soporte Técnico encargado de darle servicio a los equipos en comodato? Favor de aclarar.	No es suficiente Se deberá de entregar de acuerdo a lo señalado en el numeral 8.2.17 de la convocatoria
7	8.2 Documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico, 8.2.27.	Se solicita Anexos Técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante para comprobar las especificaciones técnicas requeridas. A este respecto, ¿Sería suficiente con proporcionar solamente las hojas de manual en dónde se hace referencia a la especificación requerida? Lo anterior debido a que algunos manuales cuentan con 500-1000 hojas, todas las cuáles no son necesarias para comprobar las especificaciones. Favor de aclarar.	Se acepta su propuesta, adjuntando en medio magnético USB, los Anexos Técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante completos y de acuerdo a lo señalado en el numeral de referencia.
8	8.2 Documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico, 8.2.27.	En dado caso de que la respuesta a la solicitud anterior sea negativa, Solicitamos atentamente a la convocante nos permita entregar los manuales de los equipos en medio electrónicos (CD o USB) para cumplir con este requisito. ¿Se acepta esta propuesta?	La respuesta no fue negativa



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-005/2024
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

17

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
9	8.2 Documentos esenciales que deberá contener el sobre técnico, 8.2.30.	Se solicita Copias simples de constancias o certificados por parte del fabricante de los equipos expedidos a nombre del personal de soporte técnico, para acreditar el dominio de herramientas relacionadas con el servicio... Así mismo, incluir una copia simple del documento de movimientos afiliatorios que demuestre que forma parte de la planilla de personal del licitante. A este respecto, si bien mi representada cuenta con Ingenieros de Soporte debidamente capacitados por el fabricante, para proporcionar un servicio más eficiente, personal del fabricante puede apoyar para dar soporte y mantenimiento a sus equipos. En tal caso, solicitamos a la convocante nos permita incluir además , las constancias del personal de Ingeniería del Fabricante que pudiera prestar el servicio en caso de ser necesario. ¿Se acepta esta propuesta?	Se acepta su propuesta
10	IV. Información general del desarrollo de la licitación, costo y pago de la convocatoria que contiene las bases de la licitación. Calendario de eventos	Se menciona la fecha estimada de fallo como el 18 de Noviembre de 2024, Entendemos que debería de ser el 18 de Diciembre de 2024, ¿Es correcta esta apreciación?	Es correcta su apreciación.

B. PREGUNTAS TÉCNICAS

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
1	Ficha Técnica, Reactivos para Laboratorios y Equipos en Comodato 2025. Especificaciones Técnicas del Equipamiento. EQUIPO HEMATOLOGÍA	Se solicita a la convocante nos permita ofertar un equipo con las siguientes características: 1. Equipo automatizado de alto rendimiento que reporte los parámetros siguientes: a) Leucocitos (WBC) b) Eritrocitos (RBC) c) Hemoglobina (HGB) d) Hematocrito (HCT) e) Volumen Corpuscular Medio (VCM) f) Hemoglobina Corpuscular Media (HCM) g) Concentración Media de Hemoglobina Corpuscular (CHCM)	Se acepta la propuesta

h f



7

~~1000~~
2

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-005/2024
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

18

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
		<ul style="list-style-type: none"> h) Ancho de distribución de Eritrocitos (RDW) i) Plaquetas (PLT) j) Volumen Plaquetario Medio (MPV) k) Plaquetocrito (PCT) l) Ancho de distribución de plaquetas (PDW) m) Recuento de leucocitos y diferencial de 5 poblaciones en porcentaje y valor absoluto n) Linfocitos en porcentaje y número absoluto o) Mononucleares en porcentaje y número absoluto (mo) p) Eosinófilos en porcentaje y número absoluto (eo) q) Neutrófilos en porcentaje y número absoluto (ne) r) Basófilos en porcentaje y número absoluto (ba) s) Histogramas de wbc, rbc y plt. <ol style="list-style-type: none"> 2. Capacidad de procesamiento de 84 muestras por hora. 3. Conteo por impedancia y conteo óptico además de tecnología MAPSS. 4. Que tenga sistema abierto y cerrado 5. Volumen de muestra en modo abierto igual o menor a 150 uL 6. Autocargador y perforador de tubo con capacidad mínima de 50 tubos 7. Con cuenta Diferencial de 5 poblaciones 8. Rangos de pacientes con señalamientos alto/bajo para identificar resultados fuera de rango 9. Rangos de pacientes por edad y sexo 10. Almacenamiento de 10,000 resultados de pacientes 11. Limpieza automática de la punta de aspiración que evita el contacto con la muestra 12. Calibración y reproducibilidad del instrumento totalmente automatizado 13. Impresión de resultado automático o manual 14. Identificación alfa-numérica de pacientes 15. Control de calidad integrado y con capacidad de almacenaje de archivos de graficas de Levey-Jennings 16. Con pantalla a color para visualización de resultados y gráficas 17. Con lector de código de barras 18. Con alarma de problemas potenciales <p>¿Se acepta?</p>	



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-005/2024
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

19

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
2	Ficha Técnica, Reactivos para Laboratorios y Equipos en Comodato 2025. Especificaciones Técnicas del Equipamiento. EQUIPO MICROSCOPIO DE CAMPO CLARO	Se enlistan las características del Equipo Microscopio de Campo Claro ¿cuál será el número de microscopios que se deben de instalar?	Un microscopio de campo claro
3	Ficha Técnica, Reactivos para Laboratorios y Equipos en Comodato 2025. Especificaciones Técnicas del Equipamiento. EQUIPO CENTRÍFUGA	Se enlistan las características del Equipo Centrífuga ¿cuál será el número de centrífugas que se deben de instalar?	Se Requiere un Equipo centrifuga
4	Ficha Técnica, Reactivos para Laboratorios y Equipos en Comodato 2025. Equipo Uroanálisis.	En el número 4 dice, velocidad de tiempo de lectura máximo de 12-18 segundos. A este respecto, el fabricante del equipo no indica la velocidad del tiempo de lectura de las tiras, sino que indica la capacidad de procesamiento la cuál es mayor a 270 pruebas por hora, lo que representaría un tiempo de lectura menor a 15 seg. Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar un equipo con estas características, especificando la capacidad de procesamiento en lugar del tiempo de lectura. ¿Se acepta esta propuesta?	Se acepta la propuesta

HOSPITAL Y CLÍNICA OCA S.A. DE C.V.

A. PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
1	Numeral 23 "Pena Convencional"	En relación con la sección 23 de la convocatoria, ¿cómo se efectúa el cálculo de retrasos en lo referente a conteo de días y horas?	En el numeral 23, no se menciona ningún conteo de días y horas



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-005/2024
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

20

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
2	Numeral 23 "Pena Convencional"	En relación con la sección 23 de la convocatoria, ¿cómo se efectúa el reporte de los retrasos al ISSSTELEON?	En el numeral 23, no se menciona ningún reporte de retrasos
3	Numeral 23 "Pena Convencional"	En relación con la sección 23 de la convocatoria, ¿cómo se efectúa el control de los retrasos reportados?	La pregunta no está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria que contiene las bases de la licitación, por lo que, en virtud de lo anterior, se desecha su pregunta con fundamento en lo dispuesto por el sexto párrafo del artículo 72 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León
4	Numeral 23 "Pena Convencional"	En relación con la sección 23 de la convocatoria, ¿cómo se notificará al licitante ganador de los retrasos incurridos?	La pregunta no está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria que contiene las bases de la licitación, por lo que, en virtud de lo anterior, se desecha su pregunta con fundamento en lo dispuesto por el sexto párrafo del artículo 72 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León
5	Numeral 23 "Pena Convencional"	En relación con la sección 23 de la convocatoria, ¿se tomará en consideración la justificación del licitante ganador que explique el motivo del retraso para la imposición o no imposición de la pena convencional?	La pregunta no está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria que contiene las bases de la licitación, por lo que, en virtud de lo anterior, se desecha su pregunta con fundamento en lo dispuesto por el sexto párrafo del artículo 72 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León
6	Numeral 23 "Pena Convencional"	En relación con la sección 23 de la convocatoria, y tomando en consideración que ciertos servicios y/o bienes requieren de cierto tiempo para su preparación, ¿se tendrá un criterio generalizado de 1 día natural de retraso?	Se empezarán a contabilizar de acuerdo a lo señalado en el numeral 23 de la convocatoria y a lo señalado en la ficha técnica para tal efecto.
7	Numeral 23 "Pena Convencional"	En relación con la sección 23 de la convocatoria, y tomando en consideración que ciertos bienes requieren ser trasladados a la sede correspondiente, ¿se tendrá un criterio generalizado de 1 día natural de retraso?	Se tomará en cuenta de acuerdo a lo señalado en la convocatoria y ficha técnica
8	Numeral 23 "Pena Convencional"	En relación con la sección 23 de la convocatoria, ¿cómo se determinarán "los días señalados para la entrega inicial y subsecuente" a efecto de contabilizar los días naturales de atraso?	Se empezarán a contabilizar de acuerdo a lo señalado en el numeral 23 de la convocatoria y a lo señalado en la ficha técnica para tal efecto.



Handwritten marks

Handwritten signatures and marks

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-005/2024
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
9	Numeral 27 "Tope presupuestal"	En relación con la obligación de notificar por escrito al ISSSTELEON cuando haya proporcionado el 80% del importe total del contrato, ¿cuál es el monto total del contrato?	La pregunta no está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria que contiene las bases de la licitación, por lo que, en virtud de lo anterior, se desecha su pregunta con fundamento en lo dispuesto por el sexto párrafo del artículo 72 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León
10	Numeral 27 "Tope presupuestal"	En relación con la obligación de notificar por escrito al ISSSTELEON cuando haya proporcionado el 80% del importe total del contrato, ¿cuál es el tope presupuestal?	La pregunta no está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria que contiene las bases de la licitación, por lo que, en virtud de lo anterior, se desecha su pregunta con fundamento en lo dispuesto por el sexto párrafo del artículo 72 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León
11	Numerales 1.1 y 27 "Costos"	¿Cuál es el manejo y tratamiento específico que se dará a los casos de alta complejidad y alto costo?	La pregunta no está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria que contiene las bases de la licitación, por lo que, en virtud de lo anterior, se desecha su pregunta con fundamento en lo dispuesto por el sexto párrafo del artículo 72 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León
12	Numerales 1.1 y 27 "Costos"	En relación a los casos de alta complejidad y alto costo, ¿dichos casos se tratarán por fuera del pago por noche?	La pregunta no está directamente vinculada con los puntos contenidos en la convocatoria que contiene las bases de la licitación, por lo que, en virtud de lo anterior, se desecha su pregunta con fundamento en lo dispuesto por el sexto párrafo del artículo 72 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León
13	Numeral I. "Presentación y Aspectos Generales"	¿Pueden comparecer representantes diferentes a los diversos actos que conforman el proceso de licitación, o en su caso, tiene que comparecer el mismo representante legal para todos los actos?	Podrá presentarse la persona que se señale para tal efecto en numeral 8.2.3 u 8.2.5 de la convocatoria, en caso de presentarse persona distinta, solo podrá estar presente como oyente, sin tener derecho a intervención alguna.

B. PREGUNTAS TÉCNICAS



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-005/2024
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

22

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
1	1.1. "Descripción del servicio y características del licitante"	¿La licitación está dirigida a laboratorios de patología clínica o comercializadoras de equipos para laboratorios clínicos?	Favor de apegarse a lo solicitado en el numeral 1.1 de esta convocatoria
2	1.1. "Descripción del servicio y características del licitante"	En relación a la pregunta anterior, en caso de que la propuesta esté dirigida a laboratorios de patología clínica, ¿se incluye en la licitación, además de equipar y controlar el laboratorio, el proporcionar el personal para el proceso?	Favor de apegarse a lo solicitado en el numeral 1.1 de esta convocatoria
3	1.1. "Descripción del servicio"	En caso de que se soliciten pruebas no incluidas en el listado que conforma la convocatoria de licitación, ¿hay un proceso de solicitud para ello?	Favor de apegarse a lo solicitado en el numeral 1.1 del listado que se describe en la ficha técnica
4	1.1. "Descripción del servicio"	En relación a la pregunta anterior, en caso de haber un proceso de solicitud, ¿cómo es dicho proceso?	Favor de apegarse a lo solicitado en el numeral 1.1 del listado que se describe en la ficha técnica
5	1.1. "Descripción del servicio"	En relación a la pregunta anterior, en caso de haber un proceso de solicitud, ¿qué precio se manejaría para dichas solicitudes?	Favor de apegarse a lo solicitado en el numeral 1.1 del listado que se describe en la ficha técnica
6	1.1. "Descripción del servicio"	En relación con los mínimos y máximos de pruebas, y en caso de llegar al número máximo, ¿ya no se realizarán más pruebas?	Favor de apegarse a lo solicitado en el numeral 1.1 del listado que se describe en la ficha técnica
7	1.1. "Descripción del servicio"	En relación con los mínimos y máximos de pruebas, y en caso de llegar al número máximo, ¿cómo se manejarían las pruebas adicionales?	Favor de apegarse a lo solicitado en el numeral 1.1 del listado que se describe en la ficha técnica
8	26. Incumplimiento del licitante ganador	¿Existen penalidades por incumplimiento para el licitante ganador además de la rescisión y de hacer efectiva la fianza de cumplimiento?	Favor de apegarse a lo solicitado en el numeral 26. de esta convocatoria
9	26. Rescisión del contrato por incumplimiento del convocante	¿Es posible la rescisión del contrato en virtud de incumplimiento del convocante?	Favor de apegarse a lo solicitado en el numeral 26. de esta convocatoria



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-005/2024
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

23

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
10	26. Rescisión del contrato por incumplimiento del convocante	¿Se contemplan supuestos de incumplimiento del contrato por incumplimiento del convocante?	Favor de apegarse a lo solicitado en el numeral 26. de esta convocatoria
11	26. Rescisión del contrato por incumplimiento del convocante	¿Se contempla el resarcimiento del daño o indemnización al licitante en caso de incumplimiento del contrato por el convocante?	Favor de apegarse a lo solicitado en el numeral 26. de esta convocatoria

INNOVACIONES HOSPITALARIAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

B. PREGUNTAS TÉCNICAS

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
1	Ficha-técnica-1; 2. Adecuación del área física - Equipo de laboratorio	La convocante dice que los equipos deberán ser de tecnología de punta, para lo cual se requiere de equipos nuevos o equipos en óptimas condiciones y con fecha de fabricación para ambos casos no mayor a 6 (seis) años (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022), y ensamblados de manera integral en el país de origen, los cuales deberán ser de origen nacional o de los países miembros de los Tratados de Libre Comercio vigentes con capítulo de compras gubernamentales suscritos por México. Se solicita amablemente a la convocante que permita y nos autorice a ofertar tecnologías con tratados de libre comercio y acuerdos comerciales con la intención de fomentar la libre participación y ofertar tecnología con características iguales o superiores a las solicitadas por la convocante. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Es posible ofertar siempre y cuando presente los permisos de importación.
2	Ficha-técnica-1; 2. Adecuación del área física - Equipo de laboratorio	El Licitante Adjudicado deberá entregar, instalar y poner a punto los equipos acorde a la programación de equipamiento, dentro de los 10 (diez días naturales siguientes a la fecha de emisión y notificación del fallo, considerando que podrá iniciar con la prestación del servicio antes de que concluya el plazo señalado. Se solicita a la amable convocante que considere los plazos de entrega y fabricación de los analizadores y se solicita que nos permita extender los tiempos de entrega e instalación a 30 días. ¿Se acepta nuestra propuesta?	No se acepta la propuesta.



Handwritten marks

Handwritten circle

Handwritten marks and signature

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN****ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-005/2024
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

24

Pregunta No.	Referencia en la convocatoria	Solicitud de aclaración	Respuesta
3	Ficha-técnica-1, punto 3: especificaciones técnicas del equipamiento. Equipo de uroanálisis	En el punto 4 dice: "Velocidad de tiempo de lectura: Máximo de 12 a 18 seg." Se solicita amablemente a la convocante que permita la libre participación de equipos para uroanálisis, cuyo tiempo de lectura sea mayor al establecido (30 a 60 seg.), sin afectar el rendimiento y siendo compensado con tecnologías que favorezcan el flujo de trabajo y apoye al diagnóstico clínico. ¿Se acepta?	No se acepta la propuesta debe de presentarse de forma específica lo solicitado en la ficha técnica

Se informa que las solicitudes de aclaración fueron solventadas por la Directora de Servicios Médicos del ISSSTELEON, la Dra. Ma. Guadalupe Garza Sagástegui, cuya firma aparece al final de la presente acta, así como con el apoyo del personal a su cargo del ISSSTELEON y el personal del área jurídica del ISSSTELEON.

En este acto se hace entrega de la versión electrónica de las solicitudes de aclaración mediante medio físico a las personas que así lo entregaron, de conformidad con el artículo 72 párrafo nueve del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

TERCERO.- CIERRE DEL ACTA: De conformidad con el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, esta acta forma parte integrante de la convocatoria y deberá de ser considerada por los licitantes en la elaboración de sus propuestas.

Asimismo, para efectos de la notificación y en términos del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, en la página WEB del ISSSTELEON <http://www.isssteleon.gob.mx>, la presente acta.





A su vez, se recuerda a los licitantes que el acto de presentación de propuestas técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas, se llevará a cabo el día **nueve de diciembre del año dos mil veinticuatro a las doce horas** en este mismo lugar.

No existiendo aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada esta junta, siendo las **doce horas con cuarenta y un minutos** del día al inicio señalado, levantándose el acta



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81) 2033.9000

@gob_Nuevo León    

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-005/2024
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

25

correspondiente, firmando la misma para constancia y efectos legales que le son inherentes, las personas que intervinieron en este acto y así quisieron hacerlo, sirviendo la presente acta de notificación legal, entregándose copia de la misma a cada uno de los presentes.

**Miembros del Comité de Adquisiciones del ISSSTELEON
Con voz y voto:**

Lic. Juan Enrique Villarreal Salazar
Director de Administración del ISSSTELEON
En representación del Lic. Luis Gerardo Gómez Guzmán,
Director General del ISSSTELEON

Lic. Juan Silvano Hernández Sena
En representación de la Secretaría de Administración de
Estado de Nuevo León

Lic. Guillermo Zamora Garza
Encargado de la Dirección Jurídica y
representante del área jurídica del ISSSTELEON

Sólo con voz:





C.P. Patricia Graciela Torres Gauna
Representante de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León
"Dejando salvaguardadas las facultades de verificación y comprobación de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental"

Dra. Ma. Guadalupe Garza Sagástegui
Directora de Servicios Médicos del ISSSTELEON
Representante del área que requirió el bien y/o servicio



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81) 2033.9000

@gob_Nuevo León    

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO ISS-005/2024
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y EQUIPOS EN COMODATO**

26

Testigo Social

C. Macrina Cabello Jiménez

Por los licitantes**HOSPITAL Y CLÍNICA OCA, S.A. DE C.V.**

C. Rubí Isela Guzmán Cázares

**COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.**


C. René Gerardo Salazar Robledo

BIODIST, S.A. DE C.V.

C. Carlos G. Pinal Vargas

INNOVACIONES HOSPITALARIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

C. Rodrigo Iván López García



isssteleon.gob.mx

Matamoros 319 Pte., Monterrey, Nuevo León. Tel. (81) 2033.9000

@gob_Nuevo León 